



GMINA RUDNA

59-305 Rudna

Plac Zwycięstwa 15

REGON : 390647558

NIP: 692-22-57-466

tel. 076-74-92-100

fax. 076-74-92-117

e-mail <http://www.rudna.pl>

rudna@rudna.pl

Nr SOW.271.6 .2015

Rudna, 2015-09-04

WYJAŚNIENIA

dot. zapytania ofertowego na zakup, dostawę oraz instalację sprzętu medycznego.

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) udzielam wyjaśnień na następujące zapytania :

Pytanie nr 1 dot. Zal. nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający wymaga aby rejestrator holtera EKG posiadał kabel dla pacjenta -10 odprowadzeń. Czy zapis ten oznacza 12 odprowadzeń uzyskanych za pomocą 10 elektrodowego kabla?

TAK

Pytanie nr 2 dot. Zal. nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający wymaga aby rejestrator holtera EKG posiadał kabel pacjenta 5 odprowadzeń. Czy zapis ten oznacza 7 odprowadzeń uzyskanych za pomocą 5 elektrodowego kabla?

TAK

Pytanie nr 3 dot. Zal. nr 1 do zapytania ofertowego.

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie mocowania futerału holtera EKG za pomocą 2 pasków?

TAK

Pytanie nr 4 dot. Zal. nr 1 do zapytania ofertowego.

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym rejestrator jest zasilany modulem wymiennych baterii litowo- jonowych? Tego typu rozwiązanie umożliwi wygodniejsze przeprowadzanie długoterminowych badań oraz nie wymaga częstego ładowania. Na jednej baterii można obsłużyć zapis ciągle do 7 dni badania. Do zestawu baterii dołączana jest również ładowarka.

TAK

Pytanie nr 5 dot. Zal. nr 1 do zapytania ofertowego.

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym karty pamięci są wbudowane w baterię i mają 8GB pamięci każda? Dzięki temu można nagrać podczas jednorazowego badania aż do 16 GB zapisu rytmu serca. Zwiększa to wygodę obsługi zgrywania badań ponieważ nie będzie wymagany czytnik kart SD, wystarczy sam kabel USB do połączenia rejestratora ze stanowiskiem komputerowym. Rozwiązanie to eliminuje również ryzyko zagubienia karty i utraty zapisu z wykonanego badania.

NIE

Pytanie nr 6 dot. Zal. nr 1 do zapytania ofertowego.

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym znajduje się analiza Qt I Qtc bez analizy PQ?

NIE

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

Pytanie nr 7 dot. Zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym nie znajduje się moduł bezprzewodowy USB? Rozwiązanie to może być problematyczne, zwłaszcza podczas zgrywania badań o dużej objętości danych.

TAK

Pytanie nr 8 dot. Zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie, dzięki któremu nie trzeba używać czytnika kart SD? W urządzeniu karta jest wbudowana w moduł bateryjny. Po zakończonym badaniu dane są zgrywane do aplikacji holterowskiej za pomocą kabla USB.

NIE

Pytanie nr 9 dot. Zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

Co zamawiający rozumie pod pojęciem stacja robocza? Co dokładnie ma się w niej zawierać i jakie parametry są wymagane?

Komputer o parametrach umożliwiających bezproblemową obsługę obu holterów (EKG i ciśnieniowy) z możliwością archiwizowania przynajmniej 500 badań.



Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY