



# GMINA RUDNA

59-305 Rudna

Plac Zwycięstwa 15

REGON : 390647558

NIP: 692-22-57-466

tel. 076-74-92-100

fax. 076-74-92-117

e-mail <http://www.rudna.pl>

[rudna@rudna.pl](mailto:rudna@rudna.pl)

Nr SOW.271.5.2016

Rudna, 2016-07-15

## WYJAŚNIENIA

### dot. zapytania ofertowego na zakup, dostawę oraz instalację sprzętu medycznego.

Udzielam wyjaśnień na następujące zapytanie w sprawie zakupu, dostawy oraz instalacji mobilnego stołu zabiegowego :

#### **Pytanie Nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mobilny stół zabiegowy, którego leże oparte jest na jednej kolumnie teleskopowej? Rozwiązanie to bardzo dobrze sprawdza się w praktyce, gdyż konstrukcja wózka jest bardzo stabilna i umożliwi maksymalny dostęp do pacjenta w sytuacji gdy podjąć trzeba czynności ratujące życie, także w przypadku konieczności monitorowania go przy pomocy ramienia C.

**NIE**

#### **Pytanie Nr 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mobilny stół zabiegowy wyposażony w jednoczęściową sekcję nóg, wyjmowaną, umożliwiającą swobodny dostęp w przypadku zabiegów ginekologicznych? Proponowane rozwiązanie umożliwia odpowiednie podparcie nóg pacjenta podczas zabiegu i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

**NIE**

#### **Pytanie Nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mobilny stół zabiegowy z zagłówkiem o wymiarach: 280x380 mm z regulacją pochylenia od  $-30$  do  $+30^{\circ}$  przy pomocy sprężyny gazowej? Jest to rozwiązanie w zupełności wystarczające do ułożenia głowy pacjenta w każdej wymaganej pozycji.

**NIE**

#### **Pytanie Nr 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mobilny stół zabiegowy wyposażony w cztery podwójne koła w obudowie przeciwpylowej z tworzywa sztucznego? Oferowane rozwiązanie będzie korzystniejsze od wymaganego.

**NIE**

#### **Pytanie Nr 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mobilny stół zabiegowy z regulacją sekcji pleców w stosunku do poziomu w zakresie  $0/+65^{\circ}$ ?

**NIE**

#### **Pytanie Nr 6**

Zamawiający dopuści do zaoferowania mobilny stół zabiegowy z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w stosunku do poziomu w zakresie  $-20/+12^{\circ}$ ?

**NIE**

**WÓJT GMINY RUDNA**

*Władysław Bigus*