



# GMINA RUDNA

59-305 Rudna

Plac Zwycięstwa 15

REGON : 390647558

NIP: 692-22-57-466

tel. 076-74-92-100

fax. 076-74-92-117

e-mail <http://www.rudna.pl>

[rudna@rudna.pl](mailto:rudna@rudna.pl)

Nr SOW.271<sup>S</sup> .2016

Rudna, 2016-07-15

## WYJAŚNIENIA

### dot. zapytania ofertowego na zakup, dostawę oraz instalację sprzętu medycznego.

Udzielam wyjaśnień na następujące zapytanie w sprawie zakupu, dostawy oraz instalacji mobilnego stołu zabiegowego :

#### **Pytanie Nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mobilny stół zabiegowy z następującymi funkcjami elektrycznymi realizowanymi z pilota przewodowego:

- regulacja wysokości,
- regulacja pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga,
- regulacja przechyłów bocznych blatu?

**NIE**

#### **Pytanie Nr 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mobilny stół zabiegowy z następującymi funkcjami realizowanymi manualnie, wspomaganymi sprężynami gazowymi z blokadą:

- regulacja oparcia pleców,
- regulacja podglowka
- regulacja nachylenia podnóżków?

**NIE**

#### **Pytanie Nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mobilny stół zabiegowy leżem opartym na jednej, centralnie usytuowanej kolumnie teleskopowej ( pod sekcją środkową), zamocowanej na mobilnej podstawie z 4 kołami?

**NIE**

#### **Pytanie Nr 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mobilny stół zabiegowy z sekcją pleców o profilu prostokątnym o wymiarach 540 x 600 mm?

**NIE**

#### **Pytanie Nr 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mobilny stół zabiegowy z sekcją środkową bez półkolistego wycięcia?

**NIE**

#### **Pytanie Nr 6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mobilny stół zabiegowy z sekcją środkową o wymiarach 440 x 600 mm?

**NIE**

**Pytanie Nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania mobilny stół zabiegowy z sekcją nóg o długości 560 mm ?

**NIE**

**Pytanie Nr 8**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania mobilny stół zabiegowy z zagłówkiem o wymiarach 290 x 270 mm ?

**NIE**

**Pytanie Nr 9**

Zamawiający dopuści do zaferowania mobilny stół zabiegowy z zagłówkiem z regulacją pochylenia od  $-65^{\circ}$  do  $+35^{\circ}$  przy pomocy sprężyny gazowej?

**NIE**

**Pytanie Nr 10**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania mobilny stół zabiegowy z czterema kołami podwójnymi w obudowie z tworzywa sztucznego?

**NIE**

**Pytanie Nr 11**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania mobilny stół zabiegowy z regulacją wysokości od 750 do 1050 mm, licząc od podłogi do górnej krawędzi elementów tapicerowanych?

**NIE**

**Pytanie Nr 12**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania mobilny stół zabiegowy z regulacją sekcji pleców w stosunku do poziomu od  $-40^{\circ}$  do  $+85^{\circ}$ ?

**NIE**

**Pytanie Nr 12**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania mobilny stół zabiegowy z dwoma podporami pod ręce o długości 500 mm i szerokości 160 mm?

**NIE**

  
**WÓJT GMINY RUDNA**  
*Władysław Bigus*